

PREGÃO - DETECTOR DIGITAL (DR)							
DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	BPS - VALOR UNITÁRIO (R\$)	PAINEL DE PREÇOS - VALOR UNITÁRIO (R\$)	BANCO DE PREÇOS NEGÓCIOS PÚBLICOS "VENCEDOR" - VALOR UNITÁRIO (R\$)		
Detector digital (DR). Detector digital (DR) para raio-X. Com conexão sem fio adaptável aos equipamentos de Raio-X analógicos fixos sem necessidade de adaptação. Utilizando cintilador de CsI (Iodeto de Césio), área útil de aproximadamente 35 cm x 43 cm. (com fonte de energia); tamanho do pixel de dimensionamento fixo na ordem de 125 µm (microns), profundidade da imagem de 16 bits; capacidade de suportar 380 kg distribuídos sobre a superfície do detector; ser resistente a impactos e quedas; proteção certificada IP67 (ou superior); detector com fonte de energia (bateria, capacitor ou tecnologia similar), com capacidade mínima de 3 horas de exame ou 100 imagens por carga; acabamento em fibra de carbono; realizar conexão com estação de comando por wi-fi; para detectores com bateria externa, deverá acompanhar, além da bateria integrada, 02 (duas) unidades de bateria extra por detector e 01 (um) carregador da fonte de energia (bateria, capacitor ou similar) do detector deve ser parte integrante do conjunto. Independente da fonte de energia utilizada, deverá ser apresentada vida útil de pelo menos 3 anos. Estação de aquisição: Para visualização e ajuste de imagens com exibição das imagens em até 5 segundos após a exposição, sendo todas as licenças fornecidas em caráter definitivo, composta por: monitor, LED ou superior; mínimo de 21 polegadas; resolução mínima: 1920 x 1080; CPU e acessórios; processador core i5; memória RAM de no mínimo 8GB; SSD de no mínimo 1TB; leitor e gravador de CD/DVD; capacidade de armazenamento mínimo de 10.000 imagens; possuir no mínimo 04 portas USB integradas a CPU, sem necessidade de adaptador; deve acompanhar teclado e mouse; permit a conexão fast ethernet; permitir inserção de dados do paciente de forma manual ou utilizando protocolo Dicom Worklist; possibilidade de inserção de textos fixos e editados pelo usuário; possibilidade de aplicação de zoom, rotação e inversão; permite a realização de exames de emergência sem necessidade de inserção anterior dos dados do paciente; compatibilidade de busca dos dados dos pacientes por meio de leitor de código barras. Softwares mínimos da estação de aquisição: Dicom Store, Dicom Print, Dicom Modality Worklist Management; software para gravação de imagens em CD/DVD com visualizador integrado, pendrive, HD externo em formato Dicom; software de auto processamento e pós processamento com ajuste automático (e manuais) de parâmetros de imagem; software que permita impressão de mais de 06 imagens diagnósticas por película; conexão RIS/HIS; software para eliminação de linhas de grade; software para enegrecimento automático de bordas; todos os softwares fornecidos com o equipamento devem possuir total compatibilidade como equipamento radiológico já existente. Deverá ser instalado e feito o treinamento da equipe para manuseio do mesmo.	UNID.	1			Município de Uruara - Fundo Municipal de Saúde	Fundo Municipal de Saúde - Paliocast/SC - Processo Nº77/2025 Item Nº1	Município de Capela do Alto - SP
			R\$	110.000,00	Valor desconsiderado por partidade entre bancos.	R\$	94.280,00

OBST1.: Foi realizada pesquisa de preços de todos os itens nos bancos de pesquisas do Banco de Preços da Saúde, PNCP (Portal Nacional de Compras), Painel de Preços do Governo Federal e no Banco de Preço Negócios Públicos (Plataforma utilizada pelo Fundo Municipal de Saúde para complementação de pesquisa de valores a serem licitados), para a quantidade mais aproximada durante o período dos últimos 06 meses, quando não localizados resultados nesse período, a pesquisa foi estendida para o período de 12 meses.

OBST2.: O VALOR UNITÁRIO ESTIMADO FOI OBTIDO APÓS ANÁLISE CRÍTICA DOS VALORES PESQUISADOS, DESCONSIDERANDO OS VALORES QUE FORAM CONSTATAOS ESTAREM MUITO A CIMA DO VALOR DA MEDIANA INICIALMENTE OBTIDA, DE ACORDO COM O Art. 21 do Decreto Municipal 049/2023, PARA EVITAR SOBREPREÇO NAS PESQUISAS, REALIZANDO ENTÃO O CÁLCULO DA MÉDIA COM OS VALORES RESTANTES PARA OBTIVER SE O VALOR UNITÁRIO ESTIMADO DE CADA ITEM, EM SEQUIDA MULTIPLICANDO SE PELA QUANTIDADE SOLICITADA, CHEGANDO AO FINAL COM O VALOR TOTAL ESTIMADO.





PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - VALOR UNITÁRIO(R\$)		EMPRESAS - VALOR UNITÁRIO (R\$)			VALOR ESTIMADO	
Prefeitura Municipal de Bebedouro/ SP	Fundo Municipal de Saúde - Palhoca/SC - Processo N°77/2025 - Item N°1	IMX Indústria e Comércio LTDA - São José/SC	Konika Minolta Healthcare do Brasil - Indústria de Equipamentos Médicos LTDA - MG	Shimadzu do Brasil Comércio Ltda - Itajaí/SC	UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
R\$ 82.490,00	R\$ 89.600,00	R\$ 119.000,00	R\$ 135.000,00	Valor desconsiderado por estar muito acima da mediana inicialmente obtida - R\$ 193.890,00	R\$ 105.061,67	R\$ 105.061,67
TOTAL GERAL (R\$)					R\$	105.061,67

Mª Luana P. de A. Leite

Responsável pela planilha: Mª Luana P. de A. Leite