



JUNTOS,
CONSTRUINDO
O FUTURO.

TERMO DE REFERÊNCIA

O presente Termo de Referência tem por objeto a aquisição de equipamentos e materiais permanentes destinados à estruturação e ao funcionamento do Centro de Parto Normal – CPN, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde de Garanhuns/PE, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/64-20260602142928.pdf>
assinado por: idUser 310

Garanhuns, maio 2026.



1.INTRODUÇÃO:

1.1. Constitui objeto da presente contratação a aquisição de equipamentos e materiais permanentes destinados à estruturação e funcionamento do Centro de Parto Normal – CPN, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde de Garanhuns.

2. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

2.1. A Secretaria Municipal de Saúde de Garanhuns, por meio do Fundo Municipal de Saúde, necessita promover a estruturação e o adequado funcionamento do Centro de Parto Normal – CPN, garantindo condições físicas, operacionais e assistenciais compatíveis com os serviços ofertados à população.

2.2. O Centro de Parto Normal – CPN é uma unidade de saúde voltada à assistência ao parto de risco habitual, baseada nas boas práticas obstétricas e na humanização do cuidado, garantindo segurança à gestante e ao recém-nascido.

2.3. A implantação do CPN visa ampliar o acesso da população a serviços de saúde qualificados, promovendo um atendimento mais acolhedor, seguro e eficiente durante o processo de parto e nascimento.

2.4. A iniciativa está alinhada às diretrizes do Ministério da Saúde, especialmente no âmbito da Rede Cegonha, que incentiva a humanização da assistência ao parto, a redução de intervenções desnecessárias e a melhoria dos indicadores de saúde materna e neonatal.

2.5. A aquisição dos equipamentos é essencial para garantir a adequada estruturação da unidade, possibilitando a realização de atendimentos com qualidade, segurança e continuidade.

2.6. Os materiais e equipamentos previstos são indispensáveis para o funcionamento das áreas assistenciais, como salas de pré-parto, parto e pós-parto, alojamento conjunto e demais setores de apoio.

2.7. A ausência desses itens comprometeria diretamente a prestação dos serviços de saúde, podendo ocasionar riscos à integridade da gestante e do recém-nascido.

2.8. A contratação também visa atender ao interesse público, assegurando melhores condições de trabalho aos profissionais de saúde e maior qualidade na assistência prestada à população.

2.9. A realização do processo licitatório encontra respaldo na Lei nº 14.133/2021, garantindo transparência, economicidade e eficiência na aplicação dos recursos públicos.





2.1 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO;

2.1.1. A solução proposta consiste na aquisição de equipamentos médico-hospitalares, mobiliários e materiais permanentes destinados à implantação, estruturação e funcionamento do Centro de Parto Normal – CPN do Município de Garanhuns/PE.

A contratação contempla a disponibilização de itens essenciais para o adequado funcionamento das áreas assistenciais e de apoio da unidade, incluindo salas de pré-parto, parto e pós-parto (PPP), alojamento conjunto, áreas de apoio assistencial e setores administrativos.

Os equipamentos a serem adquiridos visam garantir suporte às atividades de assistência ao parto de risco habitual, proporcionando condições adequadas para atendimento seguro, humanizado e contínuo às gestantes, parturientes e recém-nascidos.

A solução adotada permitirá a implementação de um serviço estruturado, alinhado às diretrizes do Ministério da Saúde, promovendo a melhoria da qualidade da assistência obstétrica, a redução de intervenções desnecessárias e o fortalecimento da rede de atenção à saúde no município.

3. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:

3.1 DO REAJUSTE DE VALORES DOS PRODUTOS:

Na hipótese de necessidade, e desde que seja possível a prorrogação contratual, esta dar-se-á mediante Termo Aditivo, podendo os preços contratados serem reajustados por meio de reequilíbrio econômico-financeiro, nos termos do art. 130 da Lei nº 14.133/2021.

3.2.1. DO PRAZO DE FORNECIMENTO:

3.2.1 O prazo de vigência da contratação será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133/2021.

3.3.1 O contrato poderá ser prorrogado nos termos da legislação vigente, desde que haja interesse público devidamente justificado e vantajosidade para a Administração.

3.3 DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E DO LOCAL E DA ENTREGA DOS PRODUTOS:





3.3.1. O fornecimento dos itens objeto deste Termo de Referência dar-se-á de forma única, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento expedida pela Diretoria Administrativa, salvo se, por motivo justificado, a CONTRATADA solicitar prorrogação do prazo, e o pedido for aceito pela CONTRATANTE.

3.3.2. A empresa CONTRATADA deverá obedecer aos critérios de sustentabilidade estabelecidos nas legislações, normas e regulamentos específicos aplicáveis ao objeto, visando à qualidade e ao desempenho dos processos de trabalho quanto aos aspectos ambientais, sociais e econômicos.

3.3.3. A contratação será realizada por meio de licitação, na modalidade Pregão, em sua forma eletrônica, com critério de julgamento pelo menor preço, nos termos dos artigos 6º, inciso XLI, 17, § 2º, e 34, da Lei Federal nº 14.133/2021.

3.3.4. Para o fornecimento pretendido, os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, bem como apresentar todos os documentos de habilitação exigidos, nos termos do art. 62 da Lei nº 14.133/2021.

3.3.5. O licitante vencedor deverá realizar a entrega dos equipamentos e aparelhos destinados ao Centro de Parto Normal – CPN em perfeitas condições de uso, novos, de primeiro uso, sem sinais de desgaste ou utilização anterior, devidamente acondicionados, conforme as especificações técnicas, quantidades e exigências constantes neste Termo de Referência e seus anexos, garantindo seu pleno funcionamento.

Parágrafo único. A entrega deverá ser acompanhada da respectiva nota fiscal, contendo marca, modelo, número de série, procedência e prazo de garantia.

3.3.6. A CONTRATADA responsabilizar-se-á pelos vícios e danos decorrentes do objeto, nos termos dos artigos 12, 13 e 17 a 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), devendo substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, os itens com avarias, defeitos ou em desacordo com as especificações exigidas.

3.3.7. A entrega do objeto licitado deverá ser realizada no Almoxarifado Central, situado na Avenida Irga, nº 100, Distrito Industrial, Heliópolis, Garanhuns/PE (ponto de referência: antigo prédio da Coca-Cola), exclusivamente de segunda a sexta-feira, no horário das 08h00 às 14h00.

3.3.8. Os produtos serão conferidos no ato da entrega e, caso sejam constatadas irregularidades, serão devolvidos à empresa CONTRATADA, que terá o prazo de 05 (cinco)





dias úteis para substituir os produtos rejeitados, defeituosos ou em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência.

3.3.9. A CONTRATADA deverá manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas, bem como todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo ainda indicar preposto para representá-la durante a execução contratual.

3.3.10. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses. O licitante deverá garantir os requisitos de qualidade, funcionamento e rendimento dos itens entregues durante toda a vigência contratual, conforme estabelecido no edital.

3.3.11. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta execução contratual.

3.4. DA METODOLOGIA:

3.4.1. A metodologia utilizada para elaboração do presente processo consistiu na publicação de aviso no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco – AMUPE, convocando empresas do ramo para apresentação de cotações, em observância ao Princípio Constitucional da Publicidade, que determina que os atos da Administração Pública sejam transparentes e de conhecimento público. Para definição do valor estimado da contratação, foi utilizado o método estatístico da mediana, conforme orientação da Resolução TC nº 249, de 07 de agosto de 2024.

3.4.2. A pesquisa de preços foi realizada em bases de dados oficiais e especializadas, incluindo o sistema Banco de Preços (Negócios Públicos), o Banco de Preços em Saúde – BPS e o Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP.

3.4.3. Os valores referenciais utilizados para composição da planilha de preços foram obtidos a partir de contratações públicas efetivamente realizadas, considerando-se os preços adjudicados (vencedores dos certames), sendo adotada a mediana como critério estatístico para definição do valor estimado da contratação, por proporcionar maior confiabilidade ao mitigar a influência de valores discrepantes.

3.4.4. Da publicação realizada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco – AMUPE, não houve manifestação de interesse por parte de empresas para solicitação da planilha de cotação.

3.4.5. Na composição da mediana, foram utilizados os preços constantes no Estudo Técnico Preliminar – ETP e nas pesquisas de preços realizadas.





3.4.6. Diante do exposto, para composição do valor de cada item cuja aquisição é requerida neste expediente, foi realizada a mediana de todos os preços referenciais obtidos, chegando-se ao valor estimado da contratação. Foram desconsiderados os valores manifestamente inexequíveis, excessivamente elevados ou provenientes de pesquisas que não atenderam às especificações exigidas.

3.4.7. O critério adotado consistiu na comparação dos preços apresentados nas diversas fontes de pesquisa e bancos de preços, buscando equilíbrio na obtenção do valor final estimado, correspondente à mediana dos preços referenciais constantes na planilha estimativa de valores, conforme orientação contida na Resolução TC nº 249, de 07 de agosto de 2024.

"Parágrafo Único: O preço de referência de cada item da aquisição deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado e servirá de subsídio para elaboração do orçamento estimativo da contratação".

"§ 1º A partir dos preços obtidos através dos parâmetros de que trata o artigo 21 deste Decreto, o valor estimado deverá ser menor ou igual a mediana dos valores obtidos na pesquisa de preços, podendo ainda ser utilizados outros critérios ou métodos, desde que devidamente justificados nos autos pelo setor requisitante e aprovados pela autoridade competente."

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. A empresa CONTRATADA deverá obedecer aos critérios de sustentabilidade estabelecidos nas legislações, normas e regulamentos aplicáveis ao objeto, visando à qualidade e ao desempenho dos processos de trabalho quanto aos aspectos ambientais, sociais e econômicos.

Além dos critérios de sustentabilidade, deverão ser observados os seguintes requisitos:

4.2. Os bens possuem natureza comum, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos no edital, por meio de





especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.

4.3. A entrega deverá ser realizada no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento, salvo se, por motivo justificado, a CONTRATADA solicitar prorrogação do prazo e o pedido for aceito pela CONTRATANTE

4.4. A contratação será realizada por meio de licitação, na modalidade Pregão, em sua forma eletrônica, com critério de julgamento pelo menor preço, nos termos dos artigos 6º, inciso XLI, 17, § 2º, e 34 da Lei Federal nº 14.133/2021.

4.5. Para o fornecimento pretendido, os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, bem como apresentar todos os documentos de habilitação exigidos, nos termos do art. 62 da Lei nº 14.133/2021.

4.6. A CONTRATADA deverá assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica quanto à qualidade e às especificações dos materiais fornecidos.

4.7. A CONTRATADA deverá fornecer diretamente o objeto, não podendo transferir a responsabilidade pelo fornecimento para outra empresa ou instituição de qualquer natureza, salvo mediante autorização expressa da CONTRATANTE.

4.8. Nos valores propostos deverão estar inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

4.9. A proposta deverá ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma única via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou por seu representante legal.

4.10. A proposta deverá conter, ainda, a indicação do banco, número da conta e agência bancária, para fins de pagamento.

4.11. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a CONTRATADA. Por se tratar de bens permanentes, o prazo mínimo de garantia será de 12 (doze) meses, contados do recebimento definitivo do objeto.

4.12. A licitante deverá apresentar Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando aptidão para fornecimento





de objeto compatível em características, quantidades e especificações com o objeto desta contratação.

4.13. A licitante deverá comprovar, por meio de declaração, que possui condições de fornecer o objeto da contratação conforme as especificações técnicas e de desempenho exigidas.

4.14. Deverá ser resguardado o direito à troca e substituição dos equipamentos que estiverem em desacordo com as especificações estabelecidas neste Termo de Referência.

4.15. Considerando a natureza da contratação, não se vislumbra a necessidade de exigência de garantia contratual, salvo nas hipóteses previstas em lei, permanecendo necessária a comprovação da capacidade técnica da licitante para fornecimento do objeto.

4.16. É de responsabilidade da licitante vencedora fornecer diretamente o objeto, vedada a transferência de responsabilidades ou subcontratações não autorizadas pela CONTRATANTE.

4.17. Os materiais deverão ser entregues acompanhados da respectiva Nota Fiscal e da Autorização de Fornecimento.

4.18. Demais requisitos e obrigações específicas poderão ser definidos no Edital e na minuta contratual.

4.19. É de inteira responsabilidade dos fornecedores a observância das especificações dos produtos constantes neste instrumento, devendo estas ser integralmente atendidas.

4.20. Todas as despesas decorrentes de transporte, seguro e quaisquer outras necessárias ao fornecimento do objeto correrão por conta exclusiva da empresa CONTRATADA.

4.21. As marcas e modelos ofertados deverão estar indicados nas propostas de preços, em conformidade com as especificações constantes no Estudo Técnico Preliminar – ETP, nos termos do art. 41, inciso I, da Lei nº 14.133/2021.

4.22.DOS ÍTENS, QUANTITATIVOS, ESPECIFICAÇÕES E VALORES ADMITIDOS:





O valor global máximo admitido para a aquisição dos produtos objeto deste Termo de Referência é de R\$ **1.163.725,82**(um milhão, cento e sessenta e tres mil, setecentos e vinte e cinco reais e oitenta e dois centavos), conforme segue:

Item	CATMAT	Descrição do Item	Quant	Valor Unitário	Valor Total
01.	442453	Antropômetro RN - Dispositivo para medidas antropométricas, tipo: tipo régua, material: polímero. Escala graduação com escala métrica em mm e cm. Faixa medição: cerca de 1,5 m. Com cursor fixo e deslizante. Componente rígido.	02	R\$303,00	R\$ 606,00
02.	603814	Armário - Material: MDP, tipo alto, com duas portas, três prateleiras, revestimento Laminado Melamínico Baixa Pressão, acabamento superficial: Pintura eletrostática a Pó, Altura: 164 cm, Largura: 80 cm, Profundidade: 40 cm. Características Adicionais: Sapatas niveladoras.	09	R\$453,03	R\$ 4.077,27
03.	458064	Armário Aço - Material: Aço, acabamento superficial: Pintura eletrostática Epóxi-Pó, com duas portas e quatro prateleiras. Altura: 185 cm, Largura: 90 cm, Profundidade: 45cm. Características Adicionais: Portas com puxador e fechadura, Prateleiras Reguláveis, Material: Chapa De Aço.	05	R\$ 860,83	R\$ 4.304,15
04.	343687	Armário Vitrine - Material Fundo/Teto: chapa de aço. Pintura eletrostática Epóxi. Material	02	R\$ 1.136,75	R\$ 2.273,50





PREFEITURA DE
Garanhuns

JUNTOS,
CONSTRUINDO
O FUTURO.

		Prateleiras: 4 Prateleiras de vidro com 4mm Espessura. Quantidade de portas: 2 portas, tipo fechadura Yale. Altura 165 cm, Largura 70 cm, Profundidade 35 cm, pés com ponteiros de plástico.			
05.	632179	Armário Roupeiro - Material: Aço. Tipo: Roupeiro. Quantidade Portas: 8 UN. Tipo Portas: Fechamento com pitão e cadeado. Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática Epóxi-Pó. Cor: Cinza. Altura: 1930 MM X Largura: 690 MM X Profundidade: 400 MM. Material Pé: Plástico.	02	R\$ 4.166,00	R\$ 8.332,00
06.	629770	Armário Baixo - Material: MDF. Tipo: Baixo com 02 Portas. Quantidade Portas: 2 UN. Tipo Portas: Com Puxadores. Altura: 740 MM X Largura: 810 MM X Profundidade: 500 MM. Quantidade de Prateleiras: Duas. Tipo Bordas: Bordas Arredondadas a 180°. Material Portas: MDP 18mm. Material Prateleiras: Madeira Compensada ou MDF Laminado Melamínico. Material Base: Aço Tubular de Seção Retangular. Material Pé: Aço Tubular. Espessura: 18 MM. Revestimento: Laminado Melamínico Baixa Pressão.	03	R\$ 882,00	R\$ 2.646,00
07.	280869	Arquivo Escritório - Material: Chapa De Aço 22. Acabamento Superficial: pintura em Epóxi.	02	R\$ 809,00	R\$ 1.618,00





		Quantidade Gavetas: 4 Un. Cor: cinza. Características Adicionais: Gavetas sobre carrinho telescópico com 8 Rolamentos. Aplicação: Pastas Suspensas.			
08.	460903	Aspirador Cirúrgico - Modelo elétrico portátil, pressão de vácuo cerca de 550 mmHg. Fluxo de aspiração de 10 a 50 LPM. Componentes filtro bacteriológico.	08	R\$ 3.000,00	R\$ 24.000,000
09.	625459	Autoclave para Esterilização - Autoclave hospitalar horizontal com capacidade de 100 litros, indicada para esterilização e secagem de materiais médico-hospitalares e laboratoriais, incluindo programas específicos para teste Bowie & Dick e Leak Test. Deve operar por meio de vapor saturado sob pressão, com condicionamento da carga por pulsos de vácuo e secagem sob vácuo. Potência total de 11 kW, gerador de 9000 W, consumo de água de 8 a 16 L/h, tensão 220 ou 380 V – 60 Hz, dimensões internas de 41 x 41 x 63 cm, dimensões externas de 80 x 173 x 82,5 cm e peso aproximado de 400 kg. Câmara dupla retangular, com câmara interna em aço inox AISI 316L com polimento sanitário e câmara externa em aço inox AISI 304 ou 316L, projetada para pressão de trabalho de até 2,5 kgf/cm ² e teste hidrostático de 3,75 kgf/cm ² ,	01	R\$ 89.000,00	R\$ 89.000,00





		conforme ASME. Dispõe de isolamento térmico em lã de rocha revestida em aço inox, tubulações em aço inox, latão e bronze, gabinete em aço inox escovado, sistema de vedação por guarnição de silicone e porta com fechamento por volante central, podendo ser configurada com porta simples ou dupla para instalação em barreira sanitária. Comando eletrônico microprocessado com display digital, programação protegida por senha, indicação das fases do ciclo, sensores de temperatura tipo PT-100 (com opção de sensor adicional na carga), manômetros e manovacuômetros com glicerina, botão de emergência e alimentação estabilizada com saída 24 VCC, permitindo monitoramento, validação e configuração dos ciclos conforme a necessidade do serviço. Garantia de no mínimo 12 meses.			
10.	442491	Balança Antropométrica Adulto - Dispositivo para medidas antropométricas. Tipo: Balança com Régua. Modelo: Elétrica. Material: Aço com pintura eletrostática. Escala Graduação: Com Escala Métrica - Mm e Cm. Faixa medição: cerca de 2,0 m. Componente I: com Visor Digital. Componente II: Tapete De Borracha. Componente III: Pés	02	R\$ 950,00	R\$ 1.900,00





PREFEITURA DE
Garanhuns

JUNTOS,
CONSTRUINDO
O FUTURO.

		Reguláveis. Capacidade Máxima Carga: Até 200 KG.			
11.	442508	Balança RN - Balança Corporal pediátrica digital. Balança Hospitalar pediátrica eletrônica de alta precisão projetada para medições de peso de bebês e crianças até 30 kg. Estrutura: em aço carbono bicromatizado c/ cobertura plástica, concha anatômica em polipropileno com medidas aproximadas 540 x 290 mm.	02	R\$ 750,00	R\$ 1.500,00
12.	618591	Balde a chute 5L - Balde de Uso Hospitalar em material de aço inoxidável, capacidade de 5L. Característica adicional com alça, esterilidade esterilizável.	06	R\$ 484,00	R\$ 2.904,00
13.	368835	Balde a pedal 50L - Lixeira aplicação: coleta de lixo, capacidade: 50 L, características adicionais: com 2 alças, material: aço inoxidável, tipo: tampa e pedal.	10	R\$ 335,00	R\$ 3.350,00
14.	487727	Balde a pedal 100L - Lixeira material plástico polipropileno de alta resistência, capacidade de 100L, tipo: tampa e pedal. Características adicionais: formato retangular, aplicação: resíduo infectante.	10	R\$ 71,39	R\$ 713,90
15.	439211	Balde a pedal 60L - Lixeira Material polietileno alta capacidade 60 L, tipo: com tampa plástica acionada por pedal, cor: branca. Características adicionais: formato retangular.	10	R\$ 250,00	R\$ 2.500,00





16.	300775	Banco de Vestiário - Banco Material: Madeira de Lei. Comprimento: 120 CM. Largura: 35 CM. Altura: 42 CM. Acabamento: Envernizado Claro. Cor: Cinza. Características Adicionais: Estrutura em Aço Galvanizado e Pintura Eletrostática.	02	R\$ 699,00	R\$ 1.398,00
17.	413128	Banqueta Giratória - Material Estrutura: Aço. Tipo Assento: Giratório. Material Base Assento: Plástico. Acabamento Estrutura: Pintado. Cor Assento: Preta. Altura: 60 cm. Diâmetro Assento: 40 cm. Características Adicionais: Altura Regulável com Sistema a gás e com Apoio para os pés.	06	R\$ 397,56	R\$ 2.385,36
18.	432565	Banqueta Parto Vertical - Equipamento de parto humanizado, tipo cadeira parto tipo banqueta. Material de fibra de vidro. Componente I: assento fixo, sem revestimento. Componente II: abertura frontal, bacia em alumínio. Capacidade de até 120 kg.	06	R\$ 1.930,00	R\$ 11.580,00
19.	463069	Bebedouro - Bebedouro água garrafão, material: plástico, tipo: elétrico de mesa, capacidade: 20 L, voltagem: 220 v. Cor: branca. Características adicionais: 2 torneiras desmontáveis para água natural e gelada.	04	R\$ 335,00	R\$ 1.340,00





20.	443198	Berço para recém nascido com colchão - Berço Hospitalar, Material da Estrutura: Aço Carbono, Pintura Eletrostática, Base do Leito. Cesto em Acrílico, cremalheira, pés com rodízios e travas. Dimensões mínimas: 730 mm a 750 mm de comprimento, 400 mm a 410 mm de largura e cerca de 800 mm a 810 mm de altura. Componente: colchão.	07	R\$ 1.376,25	R\$ 9.633,75
21.	443207	Berço para Fototerapia Reversa - Berço em acrílico montado sobre carro de transporte móvel com quatro rodízios giratórios de no mínimo 4 polegadas, sendo dois com freios. Material: chapa de aço com fino acabamento em epóxi. Fonte de luz com um conjunto de lâmpadas led com emissão no espectro azul focado em 455nm dispostas na base de berço em acrílico. Display alfanumérico e controle microprocessado para múltiplas funções; abertura superior com sobreposição de lâmina refletora, de modo a jogar a luz de volta para o paciente. Leito em acrílico transparente com colchão de gel moldado, vulcanizado e macio com capa protetora transparente que permite a passagem da irradiação da fonte para o paciente sem oferecer riscos ao paciente. Com sistema de dissipação de calor através de ventiladores e exaustores; display	01	R\$ 23.350,00	R\$ 23.350,00





		alfanumérico e controle microprocessado para múltiplas funções. Saída RS232 ou USB para impressora/computador. Possuir sistema de proteção contra altas temperaturas; possuir cesto para colocação de objetos. Alimentação elétrica: 220v/60hz.			
22.	443175	Berço aquecido - Berço hospitalar, tipo aquecido. Componentes: sistema calor irradiante. Componentes I: misturador gases, fototerapia LED, painel controle: ajuste digital, visor gráfico, base do leito: leito mesa acrílico, mecânico, sensor: sensores temperatura, pés: pés rodízios. Acessórios: suporte soro, balança, iluminação auxiliar, tipo uso: radiotransparente.	07	R\$ 13.489,00	R\$ 94.423,00
23.	615217	Biombo - Material: Aço Inoxidável. Tipo: Sanfonado, Móvel. Altura: Cerca de 1,80 M. Comprimento: Comprimento 1,80 aproximadamente aberto. Tipo De Rodízio: rodízios com Freios. Características Adicionais: Divisórias em PVC.	08	R\$ 489,00	R\$ 3.912,00
24.	602160	Bola Suíça - Tipo: Bola Para Pilates. Modelo: Bola Suíça. Aplicação: Condicionamento Físico. Características Adicionais: Diâmetro 65 cm. Em PVC Antiderrapante, ultra resistente e com sistema anti estouro. Itens inclusos: bomba manual para inflar com bico,	08	R\$ 85,90	R\$ 687,20





		adaptador e extensor. Carga: 200 Kg.			
25.	283929	Cabideiro - Material: Aço Inoxidável. Características Adicionais: Fixado em Parede para até 5 Aventais de proteção.	09	R\$570,84	R\$ 5.137,56
26.	460942	Cadeira Giratória - Cadeira escritório, material estrutura tubo aço. Material revestimento assento e encosto: couro sintético. Material encosto: espuma poliuretano injetado. Material assento espuma poliuretano injetado, tipo base giratória/regulagem altura pistão gás, tipo encosto espaldar médio regulável, apoio braço com braços reguláveis. Características adicionais ergonômica: espuma 55 a 60 kg/ m3, 5 pés, rodízios.	06	R\$ 865,95	R\$ 5.195,70
27.	632223	Cadeira Fixa - Material assento: polipropileno. Material encosto: polipropileno. Material estrutura: ferro, tipo base: fixo, tipo encosto: separado/ligado por tubo de aço. Características adicionais: sem braço, cor: preta, altura: 82,5 cm, largura: 58 cm, profundidade: 60 cm.	12	R\$ 38,73	R\$ 464,76
28.	287945	Cadeira Refeitório - Material plástico, cor: branca. Características adicionais empilháveis, tipo sem braço.	40	R\$ 38,00	R\$ 1.520,00





29.	432555	Cadeira Pélvica - Acessório/Equipamento para parto humanizado, tipo cadeira balanço pélvico. Material: aço inoxidável, acabamento pintura eletrostática. Componente I: assento em ferradura estofado em courvim. Componente II: apoio de cabeça e braços frontal estofado courvim. Componente Adicional: estrutura tubular.	03	R\$ 1.050,00	R\$ 3.150,00
30.	400790	Cadeira de Rodas Adulto - Suporta até 120 kg estrutura tubular em aço carbono, almofada impermeável em espuma de alta densidade, remoção de rodas chasi com sistema telescópico. Rodas frontais de 8 polegadas em ABS com 3 níveis de regulagem de altura. Pneus frontais maciços e rígidos, apoio de pé com regulagem de altura. Auxílio de pé para desnível de subida, certificação ANVISA e INMETRO. Raios em aço inox e aro em aço carbono. Pintura Epóxi.	02	R\$ 699,90	R\$ 1.399,80
31.	431108	Cadeira de Rodas Obeso - Cadeira de rodas, tipo funcionamento manual. Tipo Construtivo: Dobrável. Material Estrutura: Aço Carbono. Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi. Apoio Braço: Apoio Braços Escamoteáveis. Tipo De Pneu: Pneus Dianteiros Giratórios Maciços 8". Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Fixo 24". Tipo Freio: Freio Bilateral. Apoio	01	R\$ 1.828,00	R\$ 1.828,00





PREFEITURA DE
Garanhuns

JUNTOS,
CONSTRUINDO
O FUTURO.

		Pés: Apoio Pés Regulável Capacidade Máxima: Até 200 KG.			
32.	449935	Cafeteira - Cafeteira Elétrica. Material: Aço Inox Aisi 304. Aplicação: Comercial. Capacidade: 12L. Voltagem: 220 V. Características Adicionais: com 2 depósitos de 6 L cada. Potência: 1.300 W.	02	R\$ 2.395,95	R\$ 4.791,90
33.	631477	Cama Hospitalar PPP motorizada - Cama hospitalar do tipo PPP (Pré- parto, Parto e Pós-parto), motorizada, dimensões externas aproximadas: comprimento de 2,10 m, largura de 0,98 m e altura variável entre 0,45 m e 0,81 m, admitindo-se variação de $\pm 10\%$. Dimensões internas aproximadas do leito: comprimento de 1,92 m e largura de 0,88 m, admitindo-se variação de $\pm 10\%$, com capacidade mínima de carga de 180 kg. Deve ser dotada de sistema de acionamento elétrico com, no mínimo, três motores independentes, silenciosos e de baixo consumo, com comando por controle remoto com fio, permitindo os movimentos de elevação e descenso de altura do leito, ajuste de dorso, bem como as posições de Trendelenburg e reverso de Trendelenburg. A base deve ser construída em tubo de aço com dimensões aproximadas de 50 x 30 x	07	R\$ 14.000,0 0	R\$ 98.000,00





1,5 mm, com acabamento em pintura eletrostática e apoio sobre pés, garantindo estabilidade estrutural. O chassi deve ser confeccionado em tubo de aço de mesmas dimensões (50 x 30 x 1,5 mm), com acabamento em pintura e dotado de suporte de soro acoplado. A estrutura geral deve ser em aço carbono com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura

eletrostática a pó, garantindo resistência e durabilidade. Leito articulado em, no mínimo, três seções (dorso, assento e pernas), produzido em material termoplástico de alta resistência, removível e de fácil higienização. Deve possuir sistema de remoção da seção de pernas, possibilitando adaptação para o momento do parto, além de apoio de pés (perneiras) ajustáveis e giratórios, com regulagem por pistão a gás. Com cabeceira e peseira removíveis em material termoplástico resistente, grades laterais retráteis com sistema de travamento seguro. Acompanha colchão de espuma, de densidade D-33, revestido em material impermeável, lavável e resistente a agentes químicos, de acordo com as partes do leito da cama (tri-partido), vulcanizado. Rodízios com diâmetro mínimo de





		150 mm, com sistema de freio total, para-choques de proteção nos quatro cantos e cuba coletora em aço inoxidável, removível para higienização.			
34.	613982	Cama Conjugada - Material: Madeira Mogno. Quantidade de Leitos: 2 UN. Comprimento: 203 CM. Largura: 98 CM. Características Adicionais: com escada lateral e grade de proteção. Altura: 154 cm. Tipo: Beliche.	08	R\$ 656,40	R\$ 5.251,20
35.	454855	Cardiotocógrafo - Modelo para Feto Único. Ajuste: Painel Controle Digital com Tela Gráfica. Componente I: 1 Transdutor Contração Uterina Materna Toco. Componente II: 1 Transdutor Us - Frequência Cardíaca Fetal. Componente III: 1 Marcador Movimento Fetal. Componente IV: Com Cintas. Outros Componentes: Com Impressora Integrada. Adicionais: com memória Interna.	01	R\$ 7.600,00	R\$ 7.600,00
36.	402806	Carro Aço Inox para Curativos - Tipo Estrutura: Estrutura Tubular e Tampos em Aço Inox. Tipo Rodízio: Rodízios de 2", com freios. Acessórios: Com Balde e Bacia Acoplados. Medida: 73x41x76 cm. Outros Componentes: Compartimento para Utensílio.	01	R\$ 649,00	R\$ 649,00





37.	410761	Carro de Emergência - carro de emergência hospitalar, estrutura: chapas de aço inoxidável. Gavetas: 04 gavetas, sendo a 1ª com divisão. Suporte: suporte para monitor, base giratória. Rodízios: características adicionais 01: suporte soro e cilindro de o2 , acessórios: tábua de massagem cardíaca , acessórios 01: extensão elétrica, mínimo 5 metros e até 7 plugs , acessórios 02: trava de gavetas com lacre.	01	R\$ 2.433,00	R\$ 2.433,00
38.	330346	Carro para material de limpeza - Material polipropileno, tipo 4 rodízios, diâmetro roda 6 e 3 pol (traseiras e dianteiras), comprimento 126 cm, largura 54 cm, altura 98 cm, capacidade 90 L. Características Adicionais: zíper abertura lateral e bolsa 90 litros.	02	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00
39.	405228	Carro para transportes diversos (rouparia) - Carro transporte materiais - área de saúde. Material estrutura: aço inoxidável. Material prateleiras: trilhos em aço inoxidável, acabamento superficial alavanca para fixação, quantidade rodas fixas 4 rodízios de borracha maciça, diâmetro de 5". Quantidade rodas giratórias: com sistema de freio em dois rodízios.	01	R\$ 3.660,00	R\$ 3.660,00
40.	445090	Carrinho de alimentação - Carrinho industrial, material aço inoxidável.	01	R\$ 1.548,57	R\$ 1.548,57





		Material Plataforma: aço inoxidável. Tipo de transporte: alimentos. Quantidade de rodas: quatro. Tipo roda: duas fixas e duas giratórias. Capacidade carga: 285 kg. Acabamento superficial: polido. Tipo Aba: tubular. Características Adicionais: registro de fecho rápido para escoamento.			
41.	227022	Chuveiro Elétrico - Material: termoplástico. Variações de temperatura água: 4. Potência: 6.400W. Tensão operação: 220v. características adicionais: capa isolante interna/contatos liga prata	14	R\$ 40,42	R\$ 565,88
42.	614728	Colchão uso hospitalar - Colchão hospitalar confeccionado em espuma de poliuretano de alta densidade (Densidade: Cerca de D-28 A D-33 KG/M3), indicado para uso em leitos hospitalares ou institucionais. Deve possuir revestimento impermeável em material sintético hospitalar (courvin, napa hospitalar ou similar), resistente a fluidos, lavável e de fácil higienização, permitindo desinfecção com produtos hospitalares. Estrutura interna em espuma inteiriça, com tratamento antiácaro, antialérgico e antifúngico. Capa com costuras reforçadas ou sistema selado. Dimensões aproximadas: Dimensões (C X L X A): Cerca De 198 X 88 X 15	16	R\$ 396,60	R\$ 6.345,60





PREFEITURA DE
Garanhuns

JUNTOS,
CONSTRUINDO
O FUTURO.

		CM. Deve possuir suporte mínimo de carga de 120 kg, apresentar certificação do INMETRO quando aplicável e atender às normas sanitárias vigentes para uso em ambientes assistenciais.			
43.	385757	Comadre - Material em aço inoxidável, capacidade 3.500 ml. Tamanho Adulto Padrão mundial. Característica adicional: com alça.	05	R\$ 168,28	R\$ 841,40
44.	472411	Computador Desktop - Microcomputador, Memória Ram: Superior A 8 GB. Núcleos Por Processador: 4 a 8. Armazenamento Hdd: 1 TB. Armazenamento Ssd: 310 a 500. Monitor: 21 a 29 POL. Componentes Adicionais: Com Teclado e Mouse. Sistema Operacional: Proprietário. Garantia On Site: 12 meses. Gabinete: Torre. Interfaces de rede 10/100/1000 e Wi-fi padrão IEEE 802.11 B/G/N; Sistema operacional WINDOWS 10 PRO (64 Bits); Gabinete e Periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (Gabinete, Teclado, Mouse e Monitor) devem possuir gradações neutras das cores preta, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Bivolt. a contar do recebimento definitivo dos	06	R\$ 3.887,90	R\$ 23.327,40





		equipamentos e de seus acessórios. Deverá estar em linha de produção pelo fabricante.			
45.	615324	Desfibrilador Externo - Modelo: Desfibrilador Externo Manual - Uso Hospitalar. Modo de Funcionamento: Manual. Forma De Onda: Retilíneo Bifásico. Recursos: Etco2, Pni, Spo2, Registro De Eventos. Autonomia Da Bateria (Nº De Choques): Mínimo 10 Choques. Alimentação: Bivolt Automático, Bateria Recarregável. Transferência de Dados: Com e Sem Fio.	01	R\$ 5.699,00	R\$ 5.699,00
46.	433858	Detector Fetal - Detector fetal, tipo: de mesa. Ajuste: ajuste mecânico, visor digital, botão de controle. Material: gabinete plástico, tipo de análise: ausculta bcf, fluxo sanguíneo placenta e cordão. Faixa medição: bcf até cerca 200 bpm, frequência: até cerca de 2,2 mhz. Componentes: com alto falante, transdutor. Outros componentes: entrada auxiliar.	03	R\$ 918,00	R\$ 2.754,00
47.	404651	Dispenser Sabonete Líquido / Álcool - Com reservatório de 800 ML, material: plástico ABS. Capacidade: 800 ml, tipo fixação: parede. Cor: branca. Aplicação: mãos. Características adicionais: visor frontal para álcool gel ou sabonete líquido.	40	R\$ 28,00	R\$ 1.120,00





48.	340702	Dispenser Papel Toalha - Material: Plástico ABS. Tipo: Interfolha. Cor: Branca. Características Adicionais: Visor e Chave. Dimensões: 260 X 315 X 125 MM.	20	R\$ 23,01	R\$ 460,20
49.	422811	Dispenser Papel Higiênico - Material Base: Plástico ABS. Altura: 27 CM. Cor: Branco. Tipo: De Parede. Largura: 27 CM. Características Adicionais: Trava Para Rolo De Até 300 M.	20	R\$ 29,25	R\$ 585,00
50.	617878	Escada Hospitalar - Número Degraus: 2 Degraus. Material: Estrutura e Piso em Aço Inoxidável. Revestimento Degrau e Sapata: Com Revestimento Antiderrapante. Dimensão (C X L X A): Cerca de 45 X 45 X 50 CM. Capacidade de Carga: Mínimo de 150 KG.	08	R\$ 114,58	R\$ 916,64
51.	297845	Escada com Sete Degraus - Escada hospitalar, material de alumínio, tipo dobrável. Quantidade de degraus: 7 UN. Características adicionais: degraus e patamar emborrachados antiderrapante.	01	R\$ 328,11	R\$ 328,11
52.	432468	Esfigmomanômetro Adulto - Ajuste: Analógico, Aneróide. Tipo: de braço. Faixa de Operação: Até 300 MMHG. Material Braçadeira: Braçadeira em Nylon. Tipo Fecho: Fecho em Velcro. Tamanho: Adulto	05	R\$ 62,00	R\$ 310,00
53.	432480	Esfigmomanômetro Adulto Obeso - Ajuste: Analógico, Aneróide. Tipo:	02	R\$ 131,32	R\$ 262,64





		De Braço. Faixa De Operação: Até 300 MMHG. Material Braçadeira: Braçadeira em Nylon. Tipo Fecho: Fecho em Metal. Tamanho: Adulto Obeso.			
54.	432472	Esfigmomanômetro Pediátrico - Ajuste: Analógico, Aneróide. Tipo: de braço. Faixa de Operação: Até 300 MMHG. Material Braçadeira: Braçadeira em Nylon. Tipo Fecho: Fecho em Velcro. Tamanho: Infantil.	01	R\$ 70,32	R\$ 70,32
55.	434227	Esfigmomanômetro Ambulatorial com Rodízios e Pedestal - Ajuste: Analógico, Aneróide Uso: Pedestal C/ Rodízios. Tipo: De Braço. Faixa De Operação: Até 300 MMHG. Material Braçadeira: Braçadeira em Nylon. Tipo Fecho: Fecho em Velcro. Tamanho: Adulto.	04	R\$ 380,00	R\$ 1.520,00
56.	363443	Espaldar de madeira - Material fisioterapia, tipo barra de Ling, Material Madeira. Características Adicionais: 11 barras horizontais, 20 cm de distância entre elas, tamanho 240x87x 22cm. Componentes: Espaldar Fixo.	06	R\$ 695,50	R\$ 4.173,00
57.	620708	Estabilizador de Tensão (Nobreak) - Nobreak interativo (line-interactive), potência nominal mínima de 600 VA, com potência real mínima de 300 W, tensão de entrada bivolt automático 220V. Deve possuir estabilização interna com, no mínimo, 4 estágios	08	R\$ 372,00	R\$ 2.976,00





		de regulação, filtro de linha integrado e proteção contra surtos, subtensão, sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e descarga profunda da bateria. Equipado com bateria interna selada (VRLA), recarregável, com autonomia mínima de 10 minutos para carga típica de microcomputador e monitor. Com, no mínimo, 4 tomadas de saída padrão NBR 14136, com indicação luminosa (LED) para status de operação, modo bateria e necessidade de substituição de bateria. Tempo de comutação máximo de 10 ms. Frequência de operação de 60 Hz. Deve permitir religamento automático após retorno da energia elétrica e apresentar função de autoteste ao ligar. Equipamento com certificação do INMETRO e garantia mínima de 12 meses.			
58.	456778	Estante Aço - Estante Metálica, Material Aço, Altura 2,00M, Largura 0,92M, Profundidade 0,40M. Tipo: Prateleiras Reguláveis. Quantidade Prateleiras: 6 UN. Tratamento superficial: Pintura Eletrostática. Características Adicionais com Reforço e capacidade de 25 Kg por bandeja.	10	R\$ 435,83	R\$ 4.358,30
59.	609094	Estetoscópio Adulto - Estetoscópio adulto, tipo biauricular, com auscultador duplo (diafragma e	05	R\$ 60,00	R\$ 300,00





		campânula), fabricado em aço inoxidável, com anel de vedação em material não frio (anti-impacto), proporcionando melhor conforto ao paciente. Hastes em aço inox com mola interna de alta durabilidade, com ajuste de tensão, olivas anatômicas macias em silicone, substituíveis, que proporcionem adequada vedação acústica e conforto ao usuário. Tubo em "Y" confeccionado em PVC de alta resistência, com boa condução acústica, livre de látex, com comprimento aproximado entre 70 cm e 80 cm. O equipamento deverá apresentar alta sensibilidade acústica, permitindo ausculta precisa de sons cardíacos e pulmonares em uso clínico adulto. Produto de uso profissional, com registro ou cadastro na ANVISA, garantia mínima de 12 meses e qualidade compatível com uso em serviços de saúde.			
60.	438926	Estetoscópio Infantil - Tipo: Biauricular. Acessórios: Olivas Anatômicas Silicone. Haste: Haste Aço Inox. Tubo: Tubo "Y" Silicone. Auscultador: Auscultador Aço Inox. Tamanho: Neonatal.	02	R\$ 19,88	R\$ 39,76
61.	438924	Estetoscópio Pinard - Tipo: Pinard. Tubo: Tubo Alumínio. Características Adicionais: cerca de 15 cm.	02	R\$ 80,50	R\$ 161,00





PREFEITURA DE
Garanhuns

JUNTOS,
CONSTRUINDO
O FUTURO.

62.	280471	Fluxômetro com Manômetro - Fluxômetro, capacidade fluxo: 0 a 15 L/min. Aplicação: controle fluxo oxigênio medicinal. Pressão: pressão calibração até 3,5 kgf/cm ² . Tipo conexão: conexões conforme ABNT. Regulagem: vazão regulada p/válvula agulha com manopla fixada. Tipo escala: escala numérica. Componentes: flutuador esférico, porca conexão com abas em latão. Conexão saída: conexão saída com resca em latão cromado.	05	R\$ 46,00	R\$ 230,00
63.	251490	Fluxômetro - Material Filtro: Bronze. Capacidade Fluxo: 0 A 15 L/MIN. Graduação: Litro em Litro. Aplicação: Oxigênio.	08	R\$ 48,86	R\$ 390,88
64.	482044	Foco refletor ambulatorial de solo - tipo clínico, portátil. Lâmpada/vida útil: Led mínimo 30.000h. Luminosidade cerca de 15.000 lux. Altura: altura ajustável, estrutura 1 base e haste rígida metálica, com pintura epóxi. Quantidade motores parte superior cromada flexível. Rodízios: com rodízios.	07	R\$ 250,00	R\$ 1.750,00
65.	620331	Fogão Industrial - Material: Aço Inoxidável. Funcionamento: Gás. Tipo Acendimento: Manual. Tipo Uso: Cozinhar e Assar Alimentos. Características Adicionais: 3 Queimadores Duplos e 3 Queimadores Simples. Quantidade Bocas: 6 Unidades.	02	R\$ 2.213,00	R\$ 4.426,00





PREFEITURA DE
Garanhuns

JUNTOS,
CONSTRUINDO
O FUTURO.

66.	629863	Forno Microondas - Material: aço, capacidade: 30 L. Potência mínima de 800w. Voltagem: 220 v. Cor: branca.	01	R\$ 600,09	R\$ 600,09
67.	630151	Freezer Horizontal - Tipo horizontal, capacidade 293L, quantidade de tampas: 1 unidade, tipo portas levantar. Tensão alimentação 220v. Características adicionais: dupla ação (congelamento e refrigeração). Quantidade de portas: uma unidade.	01	R\$ 1.634,65	R\$ 1.634,65
68.	633656	Freezer Vertical - Tipo vertical, capacidade aproximada de 200 a 400 litros, 1 porta frontal, controle de temperatura ajustável, sistema de degelo frost free. Prateleiras internas removíveis. Tensão 220 V. Cor branca ou inox. Destinado à conservação de alimentos congelados. Dimensões aproximadas: altura entre 150 e 185 cm, largura entre 55 e 70 cm e profundidade entre 60 e 75 cm, podendo variar em até $\pm 10\%$.	01	R\$ 3.278,00	R\$ 3.278,00
69.	431266	Frigobar - Capacidade: 120 L. Tensão alimentação: 220v. Características Adicionais: prateleiras removíveis, gavetas e Etiqueta "A"	08	R\$ 1.079,00	R\$ 8.632,00
70.	609331	Gerador - Gerador de Energia. Potência: mínima: 75 KVA e máxima 90 KVA. Tensão Saída: 380/220 V. Frequência Nominal: 60 HZ. Tipo	01	R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00





		Motor: Diesel. Número De Fases: 3. Componentes: Quadro De Comando . Características Adicionais: Autonomia 6h, Sem Escovas . Tipo De Partida: Elétrico. Aplicação: Fornecimento De Energia . Fator Potência: 0,8. Deverá possuir quadro de comando com módulo controlador digital e disjuntor de proteção. A chave de transferência automática (QTA/ATS) poderá ser fornecida em painel independente, compatível com o sistema, para instalação externa à cabine do gerador. Equipamento destinado ao fornecimento emergencial de energia elétrica para serviço de saúde.			
71.	389557	Glicosímetro - Monitor Portátil. Operação: Digital. Tipo Amostra: Sangue Capilar. Tipo de Análise: Quantitativo de Glicose. Faixa de Operação: Até 600 MG/DL. Tempo Resposta: Até 10 S. Memória: 250 A 500 Testes. Componentes: Com Lancetas, Tiras. Acessórios: Lancetador, Solução Controle.	04	R\$ 43,00	R\$ 172,00
72.	615988	Impressora Multifuncional - Impressora a laser monocromática destinada às funções de impressão, cópia e digitalização, com desempenho compatível para uso corporativo em ambientes administrativos e assistenciais. O equipamento deve utilizar tecnologia	04	R\$ 2.681,40	R\$ 10.725,60





de impressão a laser, com resolução mínima de 1200 x 1200 dpi, garantindo qualidade e nitidez nos documentos, e velocidade mínima de impressão e cópia de 45 páginas por minuto em formato A4. Recurso de impressão frente e verso automática (duplex), bem como digitalização duplex em passagem única, com alimentador automático de documentos (ADF) com capacidade mínima de 70 folhas. Bandeja de entrada de papel com capacidade mínima de 250 folhas, suportando diferentes tipos e gramaturas de mídia, incluindo papel comum, reciclado, envelopes e etiquetas, além de saída com capacidade mínima de 150 folhas. A conectividade mínima exigida deve contemplar interface USB 2.0 de alta velocidade e conexão de rede Ethernet, permitindo compartilhamento em ambiente de rede corporativa. Painel de controle integrado, preferencialmente com tela sensível ao toque, memória mínima de 512 MB e compatibilidade com sistemas operacionais Windows, Linux e macOS, bem como suporte a soluções de impressão móvel. Deve apresentar recursos de digitalização com resolução óptica mínima de 1200 x 1200 dpi e possibilidade de envio de





		arquivos para diferentes destinos, como pasta de rede, e-mail ou dispositivo USB. Deve possuir ciclo mensal de trabalho compatível com uso corporativo, mínimo de 80.000 páginas, e operar com suprimentos de alto rendimento, garantindo maior eficiência e redução de custos operacionais. Alimentação elétrica 220 V. O equipamento deverá ser fornecido com toner inicial e garantia mínima de 12 meses, sendo vedado o fornecimento de equipamentos reconicionados ou remanufaturados.			
73.	443212	Incubadora Neonatal - Tipo: Transporte. Material Cúpula: Cúpula de Acrílico. Tipo Cúpula: Dupla Parede. Painel Controle: painel de controle digital, Fixo. Módulo I: Servo Controle de Temperatura. Módulo II: Com Fototerapia Led. Componentes: Com Mínimo 2 Portinholas. Acessórios 01: Suporte Soro, Prateleiras. Fonte Alimentação: Bateria.	02	R\$ 37.740,00	R\$ 75.480,00
74.	381138	Lanterna Clínica - Tipo Foco: Regulável. Características Adicionais: Lanterna Clínica com Luz Branca. Aplicação: Hospitalar	03	R\$ 53,18	R\$ 159,54
75.	445606	Laringoscópio Adulto - Tipo Lâmpada: de Led. Componentes: Com 6 Lâminas. Componentes Adicionais: Com Cabo. Material 2:	01	R\$ 725,00	R\$ 725,00





PREFEITURA DE
Garanhuns

JUNTOS,
CONSTRUINDO
O FUTURO.

		Em Aço Inoxidável. Tamanho Cabo: Adulto. Embalagem: Com Estojo.			
76.	445608	Laringoscópio Infantil - Tipo Lâmpada: de Led. Componentes: Com 10 Lâminas. Componentes Adicionais: Com Cabo. Material 2: Em Aço Inoxidável. Tamanho Cabo: Infantil. Embalagem: Com Estojo.	01	R\$ 650,00	R\$ 650,00
77.	405224	Liquidificador Industrial de Alta Rotação - Material em aço inox; gabinete em aço inox escovado; corpo e copo em inox; capacidade para 2 litros; copo resistente a altas temperaturas; copo monobloco, sem solda em aço inox; sistema de segurança pés anti-deslizante; conjunto mancal/hélice em aço inox liga especial; acoplamento com sistema de auto compensação para encaixe; voltagem 220v; potência 900w; certificado pelo Inmetro; selo Procel. Garantia mínima de 12 (doze) meses.	02	R\$ 394,00	R\$ 788,00
78.	289426	Longarina de três lugares - Assento/Encosto: em chapa de aço de, no mínimo, 3mm de espessura, apoiadas sobre longarinas tubulares de aço com diâmetro de, no mínimo, 35mm e parede de, no mínimo, 3mm de espessura e fixadas com rebites de aço inoxidável ou parafusos ponta broca. Assento: com largura individual de cada assento de 550 mm e profundidade de 450 mm. Os	10	R\$ 764,98	R\$ 7.649,80





		assentos são individuais, com espuma injetada com densidade mínima de 50kg/m³ aplicada sob chapa metálica de 0,90mm de espessura com acabamento zincado natural e com dimensões de 450 mm de largura x 350 mm de profundidade. A altura do assento em relação ao piso é de 400 mm, no mínimo, e 460 mm, no máximo e a inclinação do assento está entre -2° a -7°. Encostos: são individuais, com espuma injetada com densidade mínima de 50kg/m³ aplicada sob chapa metálica de, no mínimo, 0,90m de espessura com acabamento zincado natural e com dimensões de 250 mm de altura x 450 mm de largura. A altura do topo do encosto, perpendicularmente, em relação ao chão é de aproximadamente de 830 mm. Cada encosto tem seguintes dimensões aproximadas de 470mm de altura e de 550mm de largura. Inclinação do encosto em relação ao plano vertical entre 10° e 14°. Revestido em couro sintético. Estrutura: A fixação dos tubos nos pés laterais é feita por meio de 04 (quatro) reforços (duas para cada tubo), confeccionados em alumínio injetado nas seguintes medidas mínimas: 07mm (sete milímetros) de espessura x 40mm (quarenta milímetros) de largura. Pés			
--	--	--	--	--	--





		Laterais tipo trapezoidal em alumínio injetado, que impede a oxidação, com dimensão mínimas de 40mm de largura e 15 mm espessura. As sapatas deverão ser confeccionadas em termoplástico de alto desempenho, como polipropileno copolímero, ou resina de similar performance, reguláveis, para eventual correção de piso, dispensando assim sua fixação. Deverá possuir as seguintes medidas mínimas de 15mm de espessura e 45 mm de diâmetro mínimo aceitável. Apoia-braços: As partes superiores das estruturas trapezoidais (pés laterais) constituem os apoia-braços das extremidades da longarina.			
79.	463247	Maca Clínica para Transporte - Maca Clínica Material: Tubular em Ferro. Tipo: Carro Maca. Acabamento da Superfície: Pintura Epóxi. Acabamento das Rodas: Rodas Termoplástica. Rodas: 4 Rodízios De 5", Freio Nos 4 Rodízios. Comprimento: Até 1,90M. Largura: Cerca de 0,60M. Altura: Cerca de 0,80M. Capacidade de Carga: Até 150KG. Componentes: Suporte Soro Removível. Componentes I: Pára-Choque Emborrachado. Características Adicionais: Cabeceira Regulável por Cremalheira. Características	01	R\$ 704,00	R\$ 704,00





PREFEITURA DE
Garanhuns

JUNTOS,
CONSTRUINDO
O FUTURO.

		Adicionais I: Grades Laterais Rebatíveis. Acessórios: Leito Fixo Com Colchão, Courvin.			
80.	467353	Mesa Auxiliar Hospitalar - Material Estrutura: Estrutura Pintada em Epóxi. Material Tampo: Tampo e Prateleira Aço Carbono Pintado. Formato: Quadrada. Comprimento Tampo: 40 CM. Largura Tampo: 40 CM. Altura: 80 CM. Características Adicionais: Pés com 4 Rodízios de 2".	06	R\$ 259,00	R\$ 1.554,00
81.	607435	Mesa Refeição para Leito - Aplicação: Hospitalar. Material Estrutura: Aço Inoxidável com Pintura Anti Corrosiva. Material Tampo: MDF. Revestimento Tampo: Laminado Melamínico. Comprimento Tampo: Cerca de 0,70 M. Largura Tampo: Cerca de 0,40 M. Altura: Cerca de 0,90 M Mínima e 1,30 M Máxima. Características Adicionais: 2 Pés Fixos, 2 com rodízios de 2" e com regulagem de altura.	06	R\$313,90	R\$ 1.883,40
82.	399821	Mesa de Mayo - Material: Estrutura Tubular em Aço Inox. Altura: Altura Regulável Borboleta Aço Inox. Componentes: Bandeja Aço Inox 58 X 48 cm. Outros Componentes: 3 Rodízios De 2".	08	R\$ 225,40	R\$ 1.803,20
83.	367800	Mesa Ginecológica - Estrutura ferro. Material leito: Madeira. Acabamento Superficial Material Leito: espuma de	02	R\$ 1.584,00	R\$ 3.168,00





		alta densidade, revestido courvin preto. Tipo movimento: assento fixo, encosto e apoio pernas reclináveis. Características adicionais: regulagem do dorso, suporte colposcópio. Material porta-coxa: porta-coxas estofado. Revestimento: porta-coxa courvin. Componentes adicionais: armário com 3 gaveteiros internos e 1 porta, dimensões 1,80 x 0,60 x 0,80m aproximados.			
84.	434299	Monitor Multiparâmetro - Monitor multiparâmetro. Tipo: pré configurado, modular, parâmetros: ecg, pni, spo2, temp, resp, registros: mínimo 8 curvas simultâneas. Tipo de tela: tela LCD cerca 15", alta resolução. Características adicionais: conectividade de rede. Componentes: alarmes. Acessórios: completo com cabos e sensores.	08	R\$ 5.180,00	R\$ 41.440,00
85.	441991	Oxímetro de Pulso Portátil – Equipamento portátil destinado à medição não invasiva da saturação periférica de oxigênio (SpO ₂) e frequência cardíaca, adequado para uso hospitalar e ambulatorial. Deverá possuir faixa de medição de SpO ₂ de 0 a 100%, com precisão de $\pm 2\%$ na faixa de 70% a 100%, e medição de frequência cardíaca de aproximadamente 30 a 250 bpm. O equipamento deverá possuir display digital de fácil leitura, com	03	R\$ 1.735,00	R\$ 5.205,00





		visualização simultânea de SpO ₂ , frequência cardíaca e curva plestimográfica ou indicador de pulso. Deve ser portátil, compacto e de fácil transporte, acompanhado de sensor adulto reutilizável e acessórios necessários ao funcionamento. Alimentação por bateria interna recarregável ou pilhas, com carregador compatível com rede elétrica bivolt. O equipamento deverá possuir alarmes audiovisuais, registro na ANVISA e garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.”			
86.	436443	Poltrona Reclinável - Componentes: Assento, Encosto, Apoio Braços e Pés Madeira. Características Adicionais: Três Posições Sentado, Leitura e Descanso. Acabamento: Estofado Com Espuma Não Deformável em Courvin. Dimensões: Larg. 1,00m, Prof. 0,56m, Comp. 1,11m, Alt. 1,05m. Estrutura: Madeira Pinus.	08	R\$ 827,00	R\$ 6.616,00
87.	466174	Reanimador em T - Reanimador pneumático, aplicação neonatal / infantil, tipo portátil. Material gabinete plástico, controle válvulas de controle fluxo e concentração, tipo uso c/ entrada e saída de gás, componente manovacuômetro, adicionais com misturador de gases.	01	R\$ 680,00	R\$ 680,00





88.	456412	Reanimador Pulmonar Manual Adulto (Ambu) - Reanimador manual (tipo ambu adulto), com balão auto-inflável em silicone, válvula de admissão de ar com conexão para entrada de oxigênio, com máscara, bojo transparente e coxim em silicone. Válvula unidirecional com acoplamento externo para máscara. Válvula de escape. Válvula de controle com bolsa reservatório de oxigênio e extensão com conector. Com maleta. Registro na ANVISA.	05	R\$ 90,00	R\$ 450,00
89.	456414	Reanimador Pulmonar manual RN (Ambu) - Reanimador manual, material balão silicone, capacidade balão cerca 250ml, componente 1 máscara plástico rígido com coxim silicone, tipo válvula: válvula unidirecional pop off cerca 40 cmh20, tamanho: neonatal.	05	R\$100,00	R\$ 500,00
90.	621444	Refrigerador Duplex - Capacidade Refrigeração: 400 L. Tipo Portas: Reversíveis. Sistema Degelo: Frost Free. Cor: Branca. Tensão Alimentação: 127/220 V. Características Adicionais: Prateleiras removíveis, Gavetas, Etiqueta "A".	01	R\$ 2.470,00	R\$ 2.470,00
91.	465721	Relógio de Parede Digital - Material: Plástico. Tipo: Parede. Mostrador: Digital. Funcionamento: Pilha/Bateria. Características	15	R\$ 91,99	R\$ 1.379,85





PREFEITURA DE
Garanhuns

JUNTOS,
CONSTRUINDO
O FUTURO.

		Adicionais: Data, Hora, Calendário Automático, Termômetro, Ala. Diâmetro: Aproximadas de 40 X 15 CM.			
92.	605389	Sanduicheira - Material: Aço Inoxidável. Tensão: 220 V. Potência: 750 W. Características Adicionais: Chapas Revestidas Com Teflon, Tipo Grill.	02	R\$ 98,90	R\$ 197,80
93.	394879	Suporte Copo Descartável - Dispenser para Copo Plástico. Material: Plástico. Cor: Branca. Capacidade Copo: 180/200 ML. Capacidade: 100 UN. Características Adicionais: Sistema Poupa Copo/Alavanca Acionamento. Material Base: Plástico.	05	R\$ 38,36	R\$ 191,80
94.	464550	Suporte para Coletor de Perfurocortante - Suporte em material de metal. Tipo: Coletor de 20 Litros.	03	R\$ 27,58	R\$ 82,74
95.	434686	Suporte para Soro - Suporte para soro, material aço inoxidável, acabamento da estrutura pintura em epóxi, tipo portátil e altura regulável, rodízios com rodízios, pés 5 pés com capa protetora em polímero, ganchos 4 ganchos. Características adicionais: apoio para locomoção.	08	R\$ 129,00	R\$ 1.032,00
96.	628028	Suporte Televisor até 32" - Suporte de Televisão. Material: Aço. Tipo: Parede Articulado. Tamanho: Para TV de 32". Acabamento Superficial:	10	R\$ 27,00	R\$ 270,00





PREFEITURA DE
Garanhuns

JUNTOS,
CONSTRUINDO
O FUTURO.

		Pintura Eletrostática. Cor: Preta. Características Adicionais: Parafusos, Buchas de Fixação.			
97.	607933	Suporte Televisor até 65" - Material: Aço carbono, tipo: parede, tamanho: para tv até 65 polegadas. Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática a pó. Cor: Preta. Características Adicionais: parafusos e buchas de fixação.	01	R\$ 65,00	R\$ 65,00
98.	389588	Suporte Saco Hamper - Material: Tubo Aço Inox De 1". Acabamento: Polido. Diâmetro: 50 CM. Altura: 80 CM. Características Adicionais: Rodízios de 3" com Aro de Borracha Termoplástica. Acessórios: Saco Lona Resistente.	06	R\$ 284,45	R\$ 1.706,70
99.	601706	Televisor 32" - Tamanho Tela: 32 Pol. Voltagem: Bivolt V. Características Adicionais: Entradas HDMI, USB, Bluetooth, Wifi. Tipo Tela: LED. Acessórios: Controle Remoto.	10	R\$ 918,00	R\$ 9.180,00
100.	601702	Televisor 55" (Recepção) - Tamanho Tela: 55 POL. Voltagem: Bivolt V. Características Adicionais: Entradas Hdmi, Usb, Bluetooth, Wifi. Tipo Tela: LED 4K UHD. Acessórios: Controle Remoto.	01	R\$ 2.179,96	R\$ 2.179,96
101.	435801	Termômetro - Termômetro clínico, ajuste digital, escala até 45 °C. Tipo: uso axilar e oral. Componentes com alarmes. Memória: memória última	08	R\$ 11,50	R\$ 92,00





		medição. Embalagem: embalagem individual.			
102.	NÃO LOCALIZADO	Termômetro para banheira - Termômetro analógico para aferição da temperatura da água de banheiras utilizadas em Centro de Parto Normal (CPN), destinado ao monitoramento seguro da temperatura durante a assistência ao trabalho de parto e parto humanizado. O equipamento deverá possuir faixa de medição mínima de 10°C a 40°C, visor de fácil leitura, estrutura impermeável e flutuante, livre de mercúrio e substâncias tóxicas, confeccionado em material resistente, atóxico e de fácil higienização, apropriado para contato direto com a água. Deverá proporcionar leitura segura e prática da temperatura da água, visando conforto e segurança da parturiente durante o uso assistencial.	07	R\$ 34,50	R\$ 241,50
103.	477254	Termômetro Digital - Termômetro digital, indicado para monitoramento de temperatura em geladeiras, freezers e caixas térmicas, com visor digital em LCD de fácil leitura, faixa de medição mínima de -50 °C a +70 °C, sensor externo por cabo, permitindo medição interna do equipamento de refrigeração. Equipamento com função de registro de temperatura máxima e mínima,	05	R\$ 87,84	R\$ 439,20





		alarme para variações de temperatura, gabinete em plástico resistente, com base magnética, suporte ou gancho para fixação. Alimentação por pilha, portátil, de fácil instalação e operação, acompanhado de sensor e manual de instruções. Características Adicionais: Portátil Com Sonda De Imersão, Haste Em Inox.			
104.	439213	Cuba Uso Hospitalar - Material: Aço Inox. Formato: Tipo Rim. Capacidade: Cerca De 500 ML	21	R\$ 49,17	R\$ 1.032,57
105.	467802	Pinça Rochester Reta - Modelo 1: Kocher / Rochester Ochsner. Formato Ponta: Ponta Reta. Tipo Ponta: 1 X 2 Dentes. Comprimento Total: Cerca de 18 CM. Componente: Com Cremalheira. Material: Aço Inoxidável. Esterilidade: Esterilizável.	14	R\$ 29,01	R\$ 406,14
106.	467840	Pinça Kelly Curva - Modelo 1: Kelly. Formato Ponta: Ponta Curva. Tipo Ponta: Serrilhada. Comprimento Total: Cerca de 18 CM. Componente: Com Cremalheira. Material: Aço Inoxidável. Esterilidade: Esterilizável.	21	R\$ 33,51	R\$ 703,71
107.	467835	Pinça Kelly Reta - Modelo 1: Kelly. Formato Ponta: Ponta Reta. Tipo Ponta: Serrilhada. Comprimento Total: Cerca de 18 CM. Componente: Com Cremalheira. Material: Aço Inoxidável. Esterilidade: Esterilizável.	21	R\$ 27,50	R\$ 577,50





PREFEITURA DE
Garanhuns

JUNTOS,
CONSTRUINDO
O FUTURO.

108.	626292	Pinça Cirúrgica Allis - Modelo 1: Allis Modificada. Formato Ponta: Ponta Reta. Tipo Ponta: 4 X 5 Dentes. Comprimento Total: Cerca de 16 CM. Componente: C/ Cremalheira. Material: Aço Inoxidável. Esterilidade: Esterilizável.	14	R\$ 24,99	R\$ 349,86
109.	467997	Pinça Dente de Rato - Modelo 1: Dente de Rato. Formato Ponta: Ponta Reta. Tipo Ponta: 1 X 2 Dentes. Comprimento Total: Cerca de 16 CM. Componente: S/ Cremalheira. Material: Aço Inoxidável. Esterilidade: Esterilizável.	14	R\$ 13,71	R\$ 191,94
110.	467746	Pinça Anatômica sem Dente - Modelo 1: Dissecção. Formato Ponta: Ponta Reta. Tipo Ponta: Serrilhada. Comprimento Total: Cerca de 16 CM. Componente: Sem Cremalheira. Material: Aço Inoxidável. Esterilidade: Esterilizável.	14	R\$ 14,90	R\$ 208,60
111.	467892	Pinça Cirúrgica Foerster - Modelo 1: Foerster. Formato Ponta: Ponta Curva. Tipo Ponta: Lisa. Comprimento Total: Cerca de 20 cm. Componente: C/ Cremalheira. Material: Aço Inoxidável. Esterilidade: Esterilizável.	21	R\$ 55,84	R\$ 1.172,64
112.	467814	Pinça Cirúrgica Pean - Pinça Cirúrgica, Modelo 1 Rochester Pean, Formato Ponta: Ponta Reta, Tipo Ponta serrilhada, Comprimento Total Cerca de 18 Cm, Componente com	14	R\$ 48,89	R\$ 684,46





		Cremalheira, Material Aço Inoxidável, Esterilidade Esterilizável.			
113.	471497	Tesoura Instrumental Curva - Modelo 1: Mayo Stille. Tipo Ponta: Ponta Curva. Haste: Haste Reta. Comprimento Total: Cerca de 16 CM. Material: Aço Inoxidável. Esterilidade: Esterilizável.	14	R\$ 79,35	R\$ 1.110,90
114.	471492	Tesoura Instrumental Reta - Modelo 1: Mayo Stille. Tipo Ponta: Ponta Reta. Haste: Haste Reta. Comprimento Total: Cerca de 16 CM. Material: Aço Inoxidável. Esterilidade: Esterilizável.	14	R\$ 23,00	R\$ 322,00
115.	471209	Porta-Agulha Instrumental - Modelo: Olsen Hegar. Tipo Ponta: Ponta Reta. Característica Ponta: com Vídea. Haste: Haste Reta. Adicional 1: Com Trava. Comprimento Total: Cerca de 14 CM. Material: Aço Inoxidável. Esterilidade: Esterilizável.	14	R\$ 34,14	R\$ 477,96
116.	480540	Caixa para Esterilização - Material: Aço Inoxidável. Característica: Com Tampa e Furos, Sem Trava. Dimensões 1: Cerca de 35 X 15 X 10 CM.	21	R\$ 248,56	R\$ 5.219,76
117.	457593	Bandeja Uso Médico - Material: Aço Inoxidável. Tipo: Lisa. Dimensões: Cerca de 20 X 10 X 3 CM. Esterilidade: Esterilizável.	10	R\$ 19,82	R\$ 198,20





118.	369933	Seladora Embalagem - Material: Chapa de Aço. Voltagem: 220 V. Funcionamento: Automático. Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática. Aplicação: Embalagens Combinadas. Velocidade: 10 M/MIN. Potência: 280 W. Características Adicionais: Largura De Selagem 13mm.	01	R\$ 330,00	R\$ 330,00
119.	458129	Armário tipo Escaninho - Material: MDP Aglomerado. Tipo: Guarda- volumes. Quantidade Portas: 8UN, Altura: 2,10M, Largura: 80 cm, Profundidade: 478 mm. Características Adicionais: cada porta com Fechadura própria e duas chaves. Cor: cinza. Acabamento Superficial: Laminado Melamínico.	01	R\$ 538,00	R\$ 538,00

5. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

5.1 Os licitantes participantes do certame oriundo deste Termo de Referência deverão comprovar sua qualificação técnica mediante apresentação dos seguintes documentos:

5.1.1. Atestado de Capacidade Técnica

a) Atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a empresa já realizou fornecimento de materiais ou equipamentos compatíveis com o objeto deste Termo de Referência.

b) O(s) atestado(s) deverá(ão) demonstrar que a empresa possui aptidão para fornecer bens de natureza semelhante, com características técnicas compatíveis às exigidas neste Termo de Referência.

5.1.2. EXIGÊNCIAS SANITÁRIAS – ANVISA:





Para todos os materiais, equipamentos e produtos para a saúde constantes neste Termo de Referência, classificados como produtos sujeitos à vigilância sanitária, a licitante deverá apresentar obrigatoriamente:

- a) Registro ou número de cadastro válido na ANVISA do produto ofertado, conforme classificação de risco prevista na RDC ANVISA nº 751/2022, emitido em nome do fabricante.
- b) Autorização de Funcionamento de Empresa – AFE, emitida pela ANVISA e válida, quando a atividade da empresa (fabricante ou distribuidora) assim exigir, nos termos da RDC nº 16/2014.
- c) Certificado de Boas Práticas de Fabricação – CBPF, quando exigido pela legislação sanitária aplicável à classe do produto ofertado.
- d) Declaração de que o produto atende integralmente às normas técnicas da ABNT/NBR, bem como aos requisitos de segurança, eficácia e desempenho estabelecidos pela ANVISA.
- e) Todos os produtos deverão ser entregues em sua embalagem original, contendo obrigatoriamente:
 - nome do fabricante;
 - número do lote;
 - data de fabricação;
 - prazo de validade;
 - número de registro na ANVISA.
- f) Para os equipamentos médico-hospitalares, deverá ser apresentado certificado de conformidade do INMETRO, quando exigido pelas normas de segurança elétrica e eletromédica, conforme Portaria INMETRO nº 54/2021.

5.1.3 Declarações Complementares.

- a) Declaração de que os bens ofertados são novos, de primeiro uso, e atendem integralmente às especificações técnicas solicitadas.
- b) Declaração de responsabilidade técnica pelo fornecimento, assegurando a substituição dos produtos que apresentarem defeitos ou que não atendam às exigências deste Termo de Referência.

6. DO PRAZO DO CONTRATO:





6.1 O prazo de vigência do contrato para o fornecimento dos produtos objeto deste Termo de Referência será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura. O referido prazo poderá ser prorrogado na forma da Lei nº 14.133/2021, observadas as disposições legais pertinentes, bem como a conveniência e a oportunidade da Administração Pública.

7. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

7.1 Os recursos necessários para a aquisição dos produtos objeto deste *Termo de Referência* são provenientes das seguintes classificações orçamentárias.

UNIDADE GESTORA:	3-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GARANHUNS
ÓRGÃO ORÇAMENTÁRIO:	4000-SECRETARIA SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	4003-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNÇÃO:	10-SAUDE
SUB-FUNÇÃO:	302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA:	1003-ASSISTENCIA ESPECIALIZADA A SAUDE DA POPULAÇÃO
AÇÃO:	2.4578- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE PARTO NORMAL 4.2633-EMENDA IMPOSITIVA 008,013 E 091/2025-MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL
ELEMENTO:	4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
RECURSOS:	102-MS-1.500,1002-15% DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIA PARA SAUDE (LC Nº 141/2012)

8. DAS ALTERAÇÕES, ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES:

8.1. A Lei nº 14.133/2021 estabelece que as alterações quantitativas contratuais deverão observar o limite de até 25% (vinte e cinco por cento) para acréscimos ou supressões, no caso de compras e serviços, e de até 50% (cinquenta por cento) para acréscimos em reformas de edifícios ou equipamentos. Para atendimento ao interesse público, a CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições estabelecidas neste instrumento, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, observados os limites legais.

8.2. Na hipótese de necessidade e sendo legalmente possível, a prorrogação contratual dar-se-á mediante Termo Aditivo, observadas as disposições da Lei nº 14.133/2021.





9. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO:

9.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as disposições da Lei nº 14.133/2021, respondendo cada parte pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

9.1.1. As comunicações entre o órgão ou entidade e a CONTRATADA deverão ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se a utilização de meio eletrônico para esse fim.

9.1.2. O órgão ou entidade poderá convocar representante da CONTRATADA para adoção de providências que devam ser cumpridas imediatamente.

9.1 FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO:

9.1.1. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos, nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133/2021.

9.1.2. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização contratual, contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, tais como ordens de fornecimento, registros de ocorrências, alterações e prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações para atendimento da finalidade da Administração.

9.1.3. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato acerca de todas as ocorrências relacionadas à execução contratual e das medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior aquelas que ultrapassarem sua competência.

9.1.4. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da CONTRATADA, para fins de empenho de despesa e pagamento, anotando os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa em relatório de riscos eventuais.

9.1.5. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA, com menção ao desempenho na execução





contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, bem como em eventuais penalidades aplicadas, devendo constar no cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

9.1.6. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final contendo informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação, bem como eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

9.1.7. O gestor do contrato deverá encaminhar a documentação pertinente ao setor de contratos para formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão, nos termos do contrato.

9.1.8. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução contratual, determinando o que for necessário para regularização das faltas ou defeitos observados.

9.1.9. O fiscal do contrato informará aos seus superiores, em tempo hábil para adoção das medidas cabíveis, qualquer situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência.

9.1.10. O fiscal do contrato será auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da Administração, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações relevantes para prevenção de riscos na execução contratual.

9.2 DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES ENTRE AS PARTES:

9.2.1. São obrigações da CONTRATADA:

- a) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e/ou supressões que se fizerem necessários ao objeto contratado, dentro dos limites previstos na Lei nº 14.133/2021;
- b) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação técnica exigidas neste Termo de Referência, no instrumento convocatório e em seus anexos.

9.2.2 São obrigações da CONTRATANTE:

- a) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com o contrato e seus anexos;





- b) Receber o objeto no prazo e nas condições estabelecidas neste Termo de Referência;
- c) Notificar a CONTRATADA, por escrito, acerca de vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido;
- d) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA;
- e) Aplicar à CONTRATADA as sanções previstas na legislação vigente e no contrato;
- f) Cientificar o órgão de representação judicial do Município de Garanhuns para adoção das medidas cabíveis em caso de descumprimento de obrigações pela CONTRATADA;
- g) Responder aos pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro formulados pela CONTRATADA no prazo máximo de 30 (trinta) dias;
- h) A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por quaisquer danos causados a terceiros em decorrência de atos da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados;
- i) Efetuar o pagamento na forma e no prazo previstos no instrumento contratual;
- j) Acompanhar e fiscalizar a execução do fornecimento objeto deste Termo de Referência, bem como do instrumento convocatório e contratual;
- k) Paralisar e/ou suspender, a qualquer tempo, o fornecimento dos produtos, de forma parcial ou total, sempre que houver descumprimento das normas estabelecidas neste Termo de Referência, no instrumento convocatório ou no contrato.

9.2.3 DAS CONDIÇÕES DO PAGAMENTO:

9.2.3.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos solicitados por meio da Ordem de Fornecimento, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pela Secretaria solicitante, acompanhada do respectivo recibo.

9.2.3.2. A Nota Fiscal/Fatura da CONTRATADA deverá possuir o mesmo CNPJ constante nos documentos apresentados na fase de habilitação da licitação, sob pena de não processamento e não pagamento.

9.2.3.3. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto houver pendência de liquidação de qualquer obrigação financeira que lhe tenha sido imposta





em virtude de penalidade ou inadimplência, podendo ser compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

9.2.3.4. Constatando-se qualquer incorreção na Nota Fiscal/Fatura, bem como qualquer circunstância que inviabilize seu pagamento, o prazo previsto para pagamento será contado a partir da respectiva regularização.

9.2.3.5. A CONTRATADA deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/Fatura o nome do banco, número da agência e número da conta bancária para realização do pagamento por meio de ordem bancária.

9.2.3.6. A CONTRATANTE não efetuará pagamento de título descontado, nem por meio de cobrança bancária, tampouco de títulos negociados com terceiros por intermédio de operação de “factoring”.

9.2.3.7. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

9.3 DO FORO:

9.3.1 Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste instrumento, as partes elegem o Foro da Comarca de Garanhuns-PE, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

10. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS:

10.1 A PROPONENTE deverá encaminhar sua proposta comercial, com a descrição do produto ofertado, marca, quantidade unitária e quantidade total, contendo o valor total e validade da proposta.

10.2 A proposta comercial deverá conter especificações claras e detalhadas do objeto cotado conforme as especificações contidas neste Termo de Referência.

10.3 Indicar razão social, CNPJ, endereço, telefone e dados bancários (banco, agência e respectivos códigos da empresa);

10.4 Não serão consideradas propostas que imponham condições que ocasionem dúvidas quanto o seu teor, contenham preços excessivos ou sejam manifestações inexecutáveis;





10.5 A realização da seleção de fornecedores não obriga o Fundo Municipal de Saúde a formalizar o contrato ou pedido de compra, podendo a mesma ser anulada, sem que caiba direito aos participantes de pleitear qualquer indenização.

10.6 A proposta comercial e a documentação solicitada são obrigatórias para habilitação do proponente.

10.7. CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO E MODO DE DISPUTA

(Art. 6º, inciso XXXVIII, e art. 18, inciso VII, da Lei nº 14.133/2021)

10.7.1. O julgamento da licitação obedecerá ao critério de MENOR PREÇO POR ITEM, conforme os valores constantes no anexo deste Termo de Referência.

10.7.2. Na proposta apresentada deverão estar inclusos todos os tributos, custos com mão de obra, taxas, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, bem como quaisquer outras despesas que incidam direta ou indiretamente sobre o fornecimento do objeto, não sendo admitida a cobrança posterior de quaisquer valores adicionais.

10.7.3. Na hipótese de inversão das fases de habilitação e julgamento, e desde que atendidas as condições de participação previstas no instrumento convocatório, será iniciado o procedimento de habilitação.

10.7.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido destinado às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – ME/EPP, o(a) Pregoeiro(a) verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com as disposições constantes no item 4.0 do Edital.

10.7.5. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao valor máximo estipulado para contratação, conforme estabelecido no Edital e em seus anexos.

10.7.6. Será desclassificada a proposta vencedora que:

- a) Contiver vícios insanáveis;
- b) Não obedecer às especificações técnicas contidas neste Termo de Referência;





- c) Apresentar preços inexequíveis ou permanecer acima do valor máximo definido para a contratação;
- d) Não tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
- e) Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências do Edital ou de seus anexos, desde que insanável;
- f) Descumprir demais critérios e condições previstos no Edital, no contrato e em seus anexos.

10.2 DO MODO DE DISPUTA:

10.2.1 A disputa dar-se á no modo aberto.

11. DAS SANÇÕES:

11.1. Com fulcro na Lei nº 14.133/2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

I advertência

II multa

III impedimento de licitar e contratar e

IV declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

I, a natureza e a gravidade da infração

II as sexualidades do caso concreto

III as circunstâncias agravantes ou atenuantes

IV os danos que dela provierem para a Administração Publica

V a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.3. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas cumulativamente ou não com a penalidade de multa.





11.4. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data de sua intimação.

11.5. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades previstas em lei.

11.6. A apuração de responsabilidades relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo administrativo de responsabilização, a ser conduzido por comissão composta por 02 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará os fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

11.7. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida.

11.8. Caberá pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, devendo ser decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contados do seu recebimento.

11.9. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo até decisão final da autoridade competente.

11.10. A aplicação das sanções previstas neste instrumento não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

12. FORMA E CRITÉRIOS DA SELEÇÃO DO FORNECEDOR:

I. O fornecedor participante do processo licitatório deverá possuir ramo de atividade compatível com o objeto da contratação.

II. Deverão ser apresentados os documentos de habilitação e qualificação técnica, conforme descrito neste Termo de Referência.

III Após análise comparativa entre as especificações solicitadas e as propostas apresentadas pelas licitantes, será selecionada a proposta que atender integralmente às exigências estabelecidas e apresentar o menor preço.

IV A presente contratação será realizada por meio da modalidade Pregão Eletrônico, nos termos da Lei nº 14.133/2021.





12.1 DA RETENÇÃO DE IRRF:

12.1.1 Serão retidos na fonte os Impostos sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), conforme as alíquotas estabelecidas para o objeto licitado e/ou processo de contratação, conforme estipulado na Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012 e no Decreto Municipal nº 030/2023, ou em outro normativo que possa substituí-los. A Empresa CONTRATADA é responsável pelo destaque desses impostos nas notas fiscais emitidas, bem como pela apresentação de uma declaração, quando aplicável, para comprovar a não retenção do imposto, nos termos do Anexo II do Decreto Municipal.

12.2 – DO CNAE NOS CONTRATOS:

12.2.1 Em todos os novos contratos administrativos com esta municipalidade, na Cláusula do OBJETO, é obrigatório destacar o Código Nacional de Atividade Econômica (CNAE) do prestador do bem ou serviço, compatível com o objeto de seu contrato social ou registrado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).

12.3 DO PAGAMENTO PENDENTE POR ERRO NA COBRANÇA OU OUTRA CIRCUNSTÂNCIA:

12.3.1 Em caso de equívoco no documento de cobrança ou em situações que impossibilitem a liquidação da despesa, o pagamento será suspenso até que a CONTRATADA tome as medidas necessárias para correção. Neste cenário, não haverá qualquer ônus à CONTRATANTE.

12.3.2 DA RETENÇÃO DE ISSQN PELO MUNICÍPIO:

12.6.1 O município realizará a retenção na fonte do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN) na alíquota correspondente ao serviço prestado, nos municípios onde os serviços forem executados e a Prefeitura Municipal de Garanhuns/PE for a substituta tributária, de acordo com a legislação vigente.

12.4 DO ENQUADRAMENTO NO SIMPLES NACIONAL PARA A CONTRATADA:





12.4.1 A Contratada, quando optante pelo Simples Nacional, deverá anexar ao faturamento dos serviços declaração formal informando o seu enquadramento nas tabelas constantes do Anexo I ao V da Lei Complementar nº. 123/2006 e destacar no corpo da Nota Fiscal o percentual da alíquota do ISS correspondente.

12.4.2 - DA ALÍQUOTA DO ISS EM CASO DE OMISSÃO PELA ME OU EPP:

12.4.3 Na eventualidade de a Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) não informar a alíquota no documento fiscal, será aplicada a alíquota de 5% (cinco por cento) do ISS, quando devido ao Município de Garanhuns, conforme disposto na Lei 123/2006 e na lei 4325/2016.

12.4,4 – DA RETENÇÃO DE INSS:

12.7.1 Deverão ser observados o disposto na IN RFB Nº 2110/2022 dispõe sobre normas gerais de tributação previdenciária e de arrecadação das contribuições sociais destinadas à Previdência Social e das contribuições devidas a terceiros, administradas pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), em especial os artigos 110 e 122.

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

13.1 Em matéria de encerramento licitatório, mais especificamente tratando-se da revogação de processo licitatório, deve-se observar o que está elencado no Art. 71 da Lei 14.133/2021. Este que versa sobre a necessidade expressa da Administração Pública em indicar eventuais vícios insanáveis, os quais tornem sem efeitos todos os atos posteriores que deles dependam, bem como, determina que o eventual motivo determinante para a revogação do processo licitatório deverá ser resultante de fato superveniente devidamente comprovado, sendo assegurada a prévia manifestação dos interessados em casos de anulação e revogação. Conforme prevê, o Art. 71, II da Lei 14.133/2021, a autoridade competente para a aprovação do procedimento somente poderá revogar a licitação por motivos de conveniência e oportunidade.

13.2 No que cerne as mutações contratuais, serão obrigatoriamente observados os limites para Acréscimos, supressões, acordos e exceções, previstos no Art. 104, I e o que está disposto no Capítulo VII, que compreende os artigos de nº 124 até 136 da Lei 14.133/2021.





13.3 No que concerne as prerrogativas da Administração Pública, serão obrigatoriamente observados, o Art. 104 da Lei 14.133/2021.

13.4 Em face da necessidade de garantir a continuidade dos serviços de saúde no município de Garanhuns-PE, embasado nos princípios norteadores da Administração Pública e suas vênias legais de encontro ao interesse público, declaro para os devidos fins, que as informações contidas neste Termo de Referência atendem as necessidades para fornecimento dos produtos solicitados.

Garanhuns, 06 de maio 2026.

Atenciosamente,

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ/MF Nº 09.342.856/0001-10

JANAINA CUNHA DE MORAIS

DIRETORA DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PORTARIA: 479/2025-GP

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ/MF Nº 09.342.856/0001-10

CATARINA FÁBIA TENÓRIO FERRO

SECRETÁRIA DE SAÚDE - PORT. Nº :013/2025-GP





JUNTOS,
CONSTRUINDO
O FUTURO.



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/64-20260602142928.pdf>
assinado por: idUser 310